

Or.271.9.2021

Opis przedmiotu zamówienia dla **Części 3 „Bezpieczny Ratownik OSP- Bezpieczna Gmina” - zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.**

1. Zamówienie obejmuje dostawę zestawu podpór ratowniczych

Wymagania:

- 1) Skład zestawu:
 - Torba transportowa - 1 szt.
 - Podpora ratownicza - 2 szt.
 - Zestaw pasów i zawiesi – 1 kpl.
- 2) Specyfikacja podpory:
 - Długość w pozycji złożonej max. 1200 mm
 - Długość w pozycji rozłożonej: min. 2000 mm
 - Maksymalne obciążenie: min. 1500 kg,
 - Podpora musi być wyposażona w zintegrowany pas napinający o nośności min. 2,5t. i długości min 5m.
 - Stopa ślizgowa przegubowa o maksymalnym kącie pracy min. 170 stopni
 - Zintegrowany zwijacz pasa
 - Waga podpory: max. 15 kg,
 - Ilość punktów zaczepienia pasa: min 6.
 - Podpora musi być wykonana z profili stalowych wzmacnianych
- 3) Zestaw pasów i zawiesi:
 - Zawiesie min. 1 tona, min. 1m - 2szt
 - Szekla łącząca - 2szt
 - Pas transportowy min. 5 ton - 1szt

2. Zamówienie obejmuje dostawę Automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

1) Wymagania:

- wyposażony w funkcje doradcze, które wspierają resuscytację podczas nagłego zatrzymania krążenia (doradca RKO) – podpowiedzi głosowe w języku polskim;
- analiza rytmu serca;
- uniwersalne elektrody, które mogą być wykorzystane zarówno u dorosłych jak i dzieci;
- tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą specjalnego klucza uniemożliwiającego przypadkową zmianę trybu pracy, klucz dołączony do urządzenia;
- wyposażony w tryb szkoleniowy uruchamiany automatycznie po podłączeniu elektrod szkoleniowych (elektrody szkoleniowe w komplecie);
- dwufazowy impuls defibrylacyjny, parametry impulsu są korygowane zależnie od impedancji pacjenta;
- możliwość bezpiecznej defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach;
- stopień ochrony na kurz i wodę min. IP55;
- odporny na upadki na twarde powierzchnie z wysokości min. 1,20 m;

- defibrylator dostarczony z dedykowaną wodoszczelną, odporną na pył, zgniatanie i uderzenia walizką z tworzywa;
- gwarancja na baterię – min. 4 lata;
- żywotność elektrod – min. 2 lata;
- waga defibrylatora z baterią i etui na elektrody – maksymalnie 1,6 kg.